

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Terdapat pengaruh jumlah hisapan rokok kretek non filter terhadap kekasaran permukaan *glass ionomer cement*. Semakin banyak jumlah hisapan rokok kretek non filter, maka nilai kekasaran permukaan *glass ionomer cement* konvensional akan semakin tinggi.
- b. Terdapat perbedaan nilai kekasaran permukaan *glass ionomer cement* konvensional antara kelompok perlakuan yang diberi paparan selama 75, 150, dan 250 kali hisapan rokok kretek non filter dengan kelompok kontrol tanpa paparan asap rokok kretek non filter.
- c. Terdapat perbedaan nilai kekasaran permukaan *glass ionomer cement* konvensional antar kelompok perlakuan yang diberi paparan selama 75, 150, dan 250 kali hisapan rokok kretek non filter.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini saran yang dapat diberikan ialah diharapkan dilakukan penelitian lanjutan untuk mengukur pH dan suhu asap rokok kretek non filter yang dipaparkan pada *glass ionomer cement* konvensional.